



营业执照

统一社会信用代码

91130929MA0FYQH13G



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

(副本)

副本编号: 1 - 1

名称 河北宇测检测服务有限公司

类型 有限责任公司(自然人独资)

法定代表人 陈巍巍

经营范围 工程和技术研究和试验发展。仪器检测、校准; 仪器检测技术开发; 计量技术研发、技术咨询; 仪器仪表研发、维修、销售; 建筑器材租赁、销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



注册资本 伍佰万元整

成立日期 2021年01月07日

营业期限 2021年01月07日至 2041年01月06日

住所 河北省沧州市献县郭庄镇工业开发区

登记机关



2021 年 1 月 7 日



中国合格评定国家认可委员会 实验室认可证书

(注册号: CNAS L18891)

兹证明:

河北宇测检测服务有限公司

(法人: 河北宇测检测服务有限公司)

河北省沧州市献县郭庄镇工业开发区, 062254

符合 ISO/IEC 17025: 2017 《检测和校准实验室能力的通用要求》
(CNAS-CL01-《检测和校准实验室能力认可准则》) 的要求, 具备承担本
证书附件所列服务能力, 予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件, 证书附件是
本证书组成部分。

生效日期: 2023-08-17

截止日期: 2029-08-16



中国合格评定国家认可委员会授权人

张朝华

中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 经国家认证认可监督管理委员会 (CNCA) 授权, 负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS 是国际实验室认可合作组织 (ILAC) 和亚太认可合作组织 (APAC) 的互认协议成员。
本证书的有效性可登陆 www.cnas.org.cn 获认可的机构名录查询。



China National Accreditation Service for Conformity Assessment
LABORATORY ACCREDITATION CERTIFICATE
(Registration No. CNAS L18891)

Hebei Yuce Testing Service Co., Ltd.

(Legal Entity: Hebei Yuce Testing Service Co., Ltd.)

Guozhuang Industrial Development Zone, Xianxian, Cangzhou, Hebei, China

is accredited in accordance with ISO/IEC 17025: 2017 General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories(CNAS-CL01 Accreditation Criteria for the Competence of Testing and Calibration Laboratories) for the competence to undertake the service described in the schedule attached to this certificate.

The scope of accreditation is detailed in the attached schedule bearing the same registration number as above. The schedule forms an integral part of this certificate.

Effective Date: 2023-08-17

Expiry Date: 2029-08-16

Signed on behalf of China National Accreditation Service for Conformity Assessment

徐朝华

China National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS) is authorized by Certification and Accreditation Administration of the People's Republic of China (CNCA) to operate the national accreditation schemes for conformity assessment. CNAS is a signatory of the International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement (ILAC MRA) and the Asia Pacific Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement (APAC MRA).

The validity of the certificate can be checked on CNAS website at <http://www.cnas.org.cn/english/findanaccreditedbody/index.shtml>.

名称：河北宇测检测服务有限公司

地址：河北省沧州市献县郭庄镇工业开发区

注册号：CNAS L18891

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2025 年 10 月 21 日 截止日期：2029 年 08 月 16 日

附件 5 认可的校准和测量能力范围

注：“测量仪器名称”栏仪器名称前标注*的项目可开展现场校准。

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
几何量测量仪器							
1	*通用卡尺	长度	通用卡尺检定规程 JJG 30	(0~500)mm	$U=13 \mu m$		2025-10-21
				(500~1000)mm	$U=23 \mu m$		2025-10-21
2	*引伸计	长度	引伸计检定规程 JJG 762	(0.1~0.3)mm	$U=1.2 \mu m$		2025-10-21
				(0.3~25)mm	$U_{rel}=0.3\%$		2025-10-21
3	钢直尺	长度	钢直尺检定规程 JJG 1	(0~500)mm	$U=0.07 mm$		2025-10-21



在线扫码获取验证

No. CNAS L18891

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
				(500~1000) mm	$U=0.08 \text{ mm}$		2025-10-21
				(1000~1500) mm	$U=0.11 \text{ mm}$		2025-10-21
				(1500~2000) mm	$U=0.12 \text{ mm}$		2025-10-21
4	钢卷尺	长度	钢卷尺检定规程 JJG 4	(0~100) m	$U=0.1 \text{ mm}+4.4\times 10^{-5}L$		2025-10-21
5	指示表	长度	指示表检定规程 JJG 34	分度值 0.01 mm: (0~10) mm	$U=5.0 \text{ }\mu\text{m}$		2025-10-21
				分度值 0.01 mm: (10~30) mm	$U=7.0 \text{ }\mu\text{m}$		2025-10-21
				分度值 0.01 mm: (30~50) mm	$U=10 \text{ }\mu\text{m}$		2025-10-21
				分度值 0.001 mm: (0~1) mm	$U=1.9 \text{ }\mu\text{m}$		2025-10-21
				分度值 0.001 mm: (0~2) mm	$U=2.6 \text{ }\mu\text{m}$		2025-10-21
6	*超声波测厚仪	长度	超声波测厚仪校准规范 JJF 1126	(1~15) mm	$U=0.02 \text{ mm}$		2025-10-21
				(15~75) mm	$U=0.04 \text{ mm}$		2025-10-21
				(75~200) mm	$U=0.06 \text{ mm}$		2025-10-21
7	*磁性、电涡流式覆层厚度测量仪	长度	磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定规程 JJG 818	(0~50) μm	$U=0.4 \text{ }\mu\text{m}$	不校准厚度片	2025-10-21



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 (k=2)	说明	生效日期
		中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件		(50~100) μm	$U=0.6 \mu m$		2025-10-21
				(100~245) μm	$U=1.0 \mu m$		2025-10-21
				(245~500) μm	$U=2.0 \mu m$		2025-10-21
				(500~1000) μm	$U=4.0 \mu m$		2025-10-21
				(1000~2000) μm	$U=8.0 \mu m$		2025-10-21
				(2000~4000) μm	$U=18 \mu m$		2025-10-21
				(4000~8000) μm	$U=36 \mu m$		2025-10-21
8	*厚度表	长度	厚度表校准规范 JJF 1255	(0~1) mm	$U=1.2 \mu m$		2025-10-21
				(1~30) mm	$U=2.0 \mu m$		2025-10-21
9	焊接检验尺	长度	焊接检验尺校准规范 JJF 2161	主尺边缘线性标尺: (0~40) mm	$U=0.03 \text{ mm}$	中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件	2025-10-21
				高度尺: (0~10) mm	$U=0.1 \text{ mm}$		2025-10-21
				宽度尺: (0~60) mm	$U=0.1 \text{ mm}$		2025-10-21
				咬边深度尺: (0~10) mm	$U=0.03 \text{ mm}$		2025-10-21



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
				测角尺: $20^{\circ} \sim 160^{\circ}$	$U=8'$		2025-10-21
				间隙尺: $(0 \sim 7) \text{ mm}$	$U=0.07 \text{ mm}$		2025-10-21
10	高度卡尺	长度	高度卡尺检定规程 JJG 31	$(0 \sim 500) \text{ mm}$	$U=13 \mu\text{m}$		2025-10-21
				$(500 \sim 1000) \text{ mm}$	$U=23 \mu\text{m}$		2025-10-21
11	*万能角度尺	角度	通用角度尺校准规范 JJF 1959	$0^{\circ} \sim 320^{\circ}$	$U=1.4'$		2025-10-21
				$0^{\circ} \sim 360^{\circ}$	$U=3'$		2025-10-21
12	*橡胶、塑料薄膜测厚仪	长度	橡胶、塑料薄膜测厚仪校准规范 JJF 1488	$(0 \sim 1) \text{ mm}$	$U=0.7 \mu\text{m}$		2025-10-21
				$(1 \sim 10) \text{ mm}$	$U=1.3 \mu\text{m}$		2025-10-21
				$(10 \sim 30) \text{ mm}$	$U=2.0 \mu\text{m}$		2025-10-21
13	千分尺	长度	千分尺检定规程 JJG 21	$(0 \sim 100) \text{ mm}$	$U=1.0 \mu\text{m}$	不校准 校对用 量杆	2025-10-21
				$(100 \sim 225) \text{ mm}$	$U=2.0 \mu\text{m}$		2025-10-21
				$(225 \sim 400) \text{ mm}$	$U=3.0 \mu\text{m}$		2025-10-21
				$(400 \sim 500) \text{ mm}$	$U=4.0 \mu\text{m}$		2025-10-21



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
14	塞尺	长度	塞尺检定规程 JJG 62	(0.02~0.10)mm	$U=1.8\text{ }\mu\text{m}$		2025-10-21
				(0.15~3.00)mm	$U=3.1\text{ }\mu\text{m}$		2025-10-21
15	光滑极限量规	长度	光滑极限量规检定规程 JJG 343	塞规: (0.6~200)mm	$U=0.3\text{ }\mu\text{m}+1.0\times 10^{-5}L$		2025-10-21
				环规: (14~200)mm	$U=1.1\text{ }\mu\text{m}+7.0\times 10^{-6}L$		2025-10-21
热学测量仪器							
1	工作用玻璃液体温度计	温度	工作用玻璃液体温度计检定规程 JJG 130	(-30~50)℃	$U=0.10\text{ }^{\circ}\text{C}$	只校准普通温度计	2025-10-21
				(50~90)℃	$U=0.10^{\circ}\text{C}$		2025-10-21
				(100~300)℃	$U=0.10^{\circ}\text{C}$		2025-10-21
2	*环境试验设备	温度	环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101	(-50~250)℃（容积不大于2m³）	$U=0.4\text{ }^{\circ}\text{C}$		2025-10-21
		湿度		(20~95)%RH(20℃)（容积不大于2m³）	$U=1.6\text{ }\%RH$		2025-10-21
3	数字温度计	温度	数字温度计校准规范 JJF(川)139	(0~50)℃	$U=0.2\text{ }^{\circ}\text{C}$		2025-10-21
				(50~90)℃	$U=0.2^{\circ}\text{C}$		2025-10-21
				(100~300)℃	$U=0.2^{\circ}\text{C}$		2025-10-21



No. CNAS L18891

第 5 页 共 22 页

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
4	*箱式电阻炉	温度	箱式电阻炉校准规范 JJF 1376	(400~1000)℃（容积不大于 0.15m³）	$U=1.5\text{ }^{\circ}\text{C}$		2025-10-21
5	*电热恒温水浴锅	温度	液体恒温试验设备温度性能测试规范 JJF 2019	均匀性：(0~100)℃	$U=0.2\text{ }^{\circ}\text{C}$		2025-10-21
				波动度：(0~100)℃	$U=0.2^{\circ}\text{C}$		2025-10-21
				偏差：(0~100)℃	$U=0.2^{\circ}\text{C}$		2025-10-21
力学测量仪器							
1	*工作测力仪	力值	工作测力仪检定规程 JJG 455	(0.2~3000)kN	$U_{\text{rel}}=0.2\%$		2025-10-21
2	*拉力、压力和万能试验机	力值	拉力、压力和万能试验机检定规程 JJG 139	(0.1~5000)kN	$U_{\text{rel}}=0.15\%$		2025-10-21
		同轴度		(0.1~25)%	$U=3\%$		2025-10-21
		位移		(5~200)mm	$U_{\text{rel}}=0.02\%$		2025-10-21
3	*电子式万能试验机	力值	电子式万能试验机检定规程 JJG 475	(0.1~3000)kN	$U_{\text{rel}}=0.15\%$		2025-10-21
		速度		(0.05~1000)mm/min	$U_{\text{rel}}=0.24\%$		2025-10-21
		位移		(5~1000)mm	$U_{\text{rel}}=0.03\%$		2025-10-21
		同轴度		(0.1~20)%	$U=3\%$		2025-10-21



No. CNAS L18891

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
4	*电液伺服万能试验机	力值	电液伺服万能试验机检定规程 JJG 1063	(0.1~3000) kN	$U_{rel}=0.15\%$		2025-10-21
		同轴度		(0.1~15) %	$U=3\%$		2025-10-21
5	*抗折试验机	力值	抗折试验机检定规程 JJG 476	(1~10) kN	$U_{rel}=0.15\%$		2025-10-21
		加力速度		(45~55) N/s	$U=0.7 \text{ N/s}$		2025-10-21
6	液压千斤顶	力值	液压千斤顶检定规程 JJG 621	(0.001~5) MN	$U_{rel}=0.4\%$		2025-10-21
7	*弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表	压力	弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG 52	(-0.095~60) MPa	$U=0.5\%FS$	不校准电接点压力表	2025-10-21
8	*数字压力计	压力	数字压力计检定规程 JJG 875	(-100~0) kPa	$U=0.12\text{kPa}$		2025-10-21
				(0~10) kPa	$U=0.006\text{kPa}$		2025-10-21
				(10~100) kPa	$U=0.12\text{kPa}$		2025-10-21
				(100~400) kPa	$U=0.24\text{kPa}$		2025-10-21
				(0.4~2.5) MPa	$U=0.0014\text{MPa}$		2025-10-21
				(2.5~16) MPa	$U=0.010\text{MPa}$		2025-10-21
				(16~60) MPa	$U=0.036\text{MPa}$		2025-10-21



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
9	*数字指示秤	质量	数字指示秤检定规程 JJG 539	(0.02~2) kg	$U= (0.1 \sim 0.2) g$		2025-10-21
				(2~5) kg	$U= (0.2 \sim 0.8) g$		2025-10-21
				(5~20) kg	$U= (0.8 \sim 3) g$		2025-10-21
				(20~100) kg	$U= (3 \sim 13) g$		2025-10-21
				(100~300) kg	$U= (13 \sim 42) g$		2025-10-21
10	*电子天平	质量	电子天平检定规程 JJG 1036	20 mg~1 g	$U=0.1 \text{ mg}$		2025-10-21
				(1~100) g	$U= (0.1 \sim 0.2) \text{ mg}$		2025-10-21
				(0.1~2) kg	$U=0.2 \text{ mg} \sim 0.02 \text{ g}$		2025-10-21
				(2~30) kg	$U= (0.02 \sim 3) g$		2025-10-21
11	砝码	质量	砝码检定规程 JJG 99	(0.1~10) g	$U= (0.1 \sim 0.4) \text{ mg}$		2025-10-21
				(10~1000) g	$U= (0.4 \sim 16) \text{ mg}$		2025-10-21
				(1~20) kg	$U= (0.016 \sim 0.21) g$		2025-10-21
12	常用玻璃量器	容量	常用玻璃量器检定规程 JJG 196	量筒 (5~500) mL	$U= (0.01 \sim 0.7) \text{ mL}$		2025-10-21



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
		中国合格评定国家认可委员会	认可证书附件	量筒 (500~2000) mL	$U= (0.7 \sim 2.3) \text{ mL}$		2025-10-21
				量杯 (5~500) mL	$U= (0.06 \sim 1.3) \text{ mL}$		2025-10-21
				量杯 (500~2000) mL	$U= (1.3 \sim 6.3) \text{ mL}$		2025-10-21
				单标线容量瓶 (1~100) mL	$U= (0.003 \sim 0.033) \text{ mL}$		2025-10-21
				单标线容量瓶 (100~2000) mL	$U= (0.033 \sim 0.2) \text{ mL}$		2025-10-21
				分度吸量管 (0.1~10) mL	$U= (0.0007 \sim 0.015) \text{ mL}$		2025-10-21
				分度吸量管 (10~50) mL	$U= (0.015 \sim 0.032) \text{ mL}$		2025-10-21
				单标线吸量管 (1~100) mL	$U= (0.002 \sim 0.025) \text{ mL}$		2025-10-21
				滴定管 (1~100) mL	$U= (0.003 \sim 0.032) \text{ mL}$		2025-10-21
				(1~120) s	$U=0.62\text{s}$		2025-10-21
13	*摆锤式冲击试验机	能量	摆锤式冲击试验机检定规程 JJG 145	直接检定 (1~750) J	$U_{\text{rel}}=0.4\%$		2025-10-21
		能量		间接检定 (27~210) J	$U= (0.9 \sim 4.3) \text{ J}$		2025-10-21
		长度		(0~0.25) mm	$U=0.028\text{mm}$		2025-10-21



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
				(10~45) mm	$U=0.04\text{mm}$		2025-10-21
		角度		(89~91)°	$U=4'$		2025-10-21
14	*金属洛氏硬度计	硬度	金属洛氏硬度计 (A, B, C, D, E, F, G, H, K, N, T 标尺) 检定规程 JJG 112	(20~70) HRC	$U=0.8\text{ HRC}$		2025-10-21
				(75~88) HRA	$U=0.8\text{ HRA}$		2025-10-21
				(80~100) HRBW	$U=0.8\text{ HRBW}$		2025-10-21
				(89~91) HR15N	$U=0.8\text{ HR15N}$		2025-10-21
				(42~54) HR30N	$U=0.8\text{ HR30N}$		2025-10-21
				(74~80) HR30N	$U=0.8\text{ HR30N}$		2025-10-21
				(32~61) HR45N	$U=0.8\text{ HR45N}$		2025-10-21
				(70~82) HR30TW	$U=0.8\text{ HR30TW}$		2025-10-21
				(88~93) HR15TW	$U=0.8\text{ HR15TW}$		2025-10-21
				15	A 型邵氏硬度计		力值
角度	34° ~36°	$U=0.20^\circ$	2025-10-21				



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
		长度		(0.5~1.5) mm	$U=0.0035$ mm		2025-10-21
16	D 型邵氏硬度计	力值	D 型邵氏硬度计检定规程 JJG 1039	(8~50) N	$U=90$ mN		2025-10-21
		角度		$29^{\circ} \sim 31^{\circ}$	$U=0.20^{\circ}$		2025-10-21
		长度		(1.0~1.5) mm	$U=0.0035$ mm		2025-10-21
17	*里氏硬度计	硬度	里氏硬度计检定规程 JJG 747	(490~570) HLD	$U=6$ HLD		2025-10-21
				(590~670) HLD	$U=6$ HLD		2025-10-21
				(750~830) HLD	$U=6$ HLD		2025-10-21
				(460~540) HLG	$U=6$ HLG		2025-10-21
				(550~630) HLG	$U=6$ HLG		2025-10-21
18	扭矩扳子	扭矩	扭矩扳子检定规程 JJG 707	(10~2000) Nm	$U_{rel}=0.6\%$		2025-10-21
19	*弹性元件式精密压力表和真空表	压力	弹性元件式精密压力表和真空表检定规程 JJG 49	(-100~0) kPa	$U=0.13$ kPa		2025-10-21
				(0~10) kPa	$U=0.007$ kPa		2025-10-21
				(10~100) kPa	$U=0.13$ kPa		2025-10-21



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
			中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件	(100~400) kPa	$U=0.3\text{ kPa}$		2025-10-21
				(0.4~2.5) MPa	$U=0.002\text{ MPa}$		2025-10-21
				(2.5~16) MPa	$U=0.011\text{ MPa}$		2025-10-21
				(16~60) MPa	$U=0.04\text{ MPa}$		2025-10-21
20	*高强螺栓检测仪	力值	高强螺栓检测仪校准规范 JJF 1478	(5~500) kN	$U_{\text{rel}}=0.17\%$	仅做整机法	2025-10-21
		扭矩		(200~2000) Nm	$U_{\text{rel}}=0.4\%$		2025-10-21
时间和频率测量仪器							
1	秒表	时间	秒表校准规范 JJF2195	电子秒表: (0~3600) s	$U=0.01\text{ s}$		2025-10-21
				电子秒表: 24h	$U=0.06\text{ s}$		2025-10-21
				机械秒表: (3~3600) s	$U=0.1\text{ s}$		2025-10-21
建筑、交通专用测量仪器							
1	*钢筋保护层、楼板厚度测量仪	长度	钢筋保护层、楼板厚度测量仪校准规范 JJF 1224	钢筋保护层厚度测量仪: (15~50) mm	$U=1\text{ mm}$	合格评定国家认可委员会 认可证书	2025-10-21
				楼板厚度测量仪: (50~800) mm	$U=1\text{ mm}$		2025-10-21



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
2	*针状、片状规准仪	长度	针状、片状规准仪校准规范 JJF 1593	针状规准仪: (4~83) mm	$U=0.04$ mm		2025-10-21
				片状规准仪: (2~83) mm	$U=0.04$ mm		2025-10-21
3	建筑工程质量检测器组	长度	建筑工程质量检测器组校准规范 JJF 1110	楔形塞尺: (0~15) mm	$U=0.05$ mm		2025-10-21
4	*钢筋标距打点机	长度	钢筋标距打点机检定规程 JJG(交通)158	(4.5~10.5) mm	$U=0.05$ mm		2025-10-21
				(300~500) mm	$U=0.11$ mm		2025-10-21
5	回弹仪	长度	回弹仪检定规程 JJG 817	20.0mm、61.5mm、75.0mm	$U=0.07$ mm	只做 M225 型	2025-10-21
		力值		0.65N	$U=0.06$ N		2025-10-21
		刚度		785N/m	$U=4.2$ N/m		2025-10-21
		率定值		80	$U=1$		2025-10-21
6	*非金属建材塑限测定仪	质量	非金属建材塑限测定仪校准规范 JJF 1090	土壤液塑限测定仪: 76g、100g	$U=0.0012$ g	不含沥青针入度仪	2025-10-21
				水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪和砂浆稠度仪: 300g	$U=0.18$ g		2025-10-21
		长度		指示装置: (0~145) mm	$U=0.02$ mm		2025-10-21



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
			中国合格评定委员会 认可证书附件	水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪和砂浆稠度仪压头:50mm、145mm	$U=0.1\text{ mm}$		2025-10-21
				水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪压头:(1.13~12)mm	$U=0.005\text{ mm}$		2025-10-21
				附件:(35~180)mm	$U=0.04\text{ mm}$		2025-10-21
		角度		30.0°、43.6°	$U=3'$		2025-10-21
		时间		5s	$U=0.06\text{ s}$		2025-10-21
7	*沥青针入度仪	质量	沥青针入度仪校准规范 JJF 1208	100g	$U=0.0012\text{g}$	标准针不进行 现场校准	2025-10-21
		长度		位移(0~50)mm	$U=0.02\text{ mm}$		2025-10-21
				直径(0.1~1.1)mm	$U=0.005\text{ mm}$		2025-10-21
		温度		(5~50)℃	$U=0.070\text{ }^{\circ}\text{C}$		2025-10-21
		角度		(8~10)°	$U=2'$		2025-10-21
8	*雷氏夹及雷氏夹膨胀测定仪	质量	雷氏夹及雷氏夹膨胀测定仪检定规程 JJG(交通)093	测定仪砝码(290~310)g	$U=0.020\text{ g}$		2025-10-21
		长度		测定仪标尺(-25~+25)mm	$U=0.02\text{mm}$		2025-10-21



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
				测定仪标尺基线圆弧半径 (145~185)mm	$U=0.06\text{ mm}$		2025-10-21
				雷氏夹弹性 (9~11)mm	$U=0.29\text{mm}$		2025-10-21
				雷氏夹弹性 (14~21)mm	$U=0.77\text{mm}$		2025-10-21
				雷氏夹尺寸 (0~160)mm	$U=0.04\text{ mm}$		2025-10-21
9	*水泥胶砂流动度测定仪	时间	水泥胶砂流动度测定仪检定规程 JJG(交通)096	(20~35)s	$U=0.12\text{ s}$		2025-10-21
		长度		(50~300)mm	$U=0.06\text{ mm}$		2025-10-21
		质量		(4.20~4.50)kg	$U=1.8\text{ g}$		2025-10-21
10	*水泥净浆搅拌机	转速	水泥净浆搅拌机校准规范 JJF(建材)104	(55~130)r/min	$U_{\text{rel}}=1.2\%$		2025-10-21
		时间		(10~125)s	$U=0.12\text{ s}$		2025-10-21
		长度		(4~6)mm	$U=0.03\text{ mm}$		2025-10-21
11	*混凝土抗渗仪	压力	混凝土抗渗仪校准规范 JJF 1812	(0~4)MPa	$U=0.010\text{ MPa}$		2025-10-21
12	*沥青混合料拌和机	转速	沥青混合料拌和机检定规程 JJG(交通)064	(40~90)r/min	$U=1\text{ r/min}$		2025-10-21
		温度		(0~250)℃	$U=0.32\text{ }^{\circ}\text{C}$		2025-10-21



No. CNAS L18891

第 15 页 共 22 页

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
		容积		(10~30)L	$U=0.006\text{ L}$		2025-10-21
		时间		(0~30)min	$U=0.26\text{ s}$		2025-10-21
		压力		(-100~0)kPa	$U=0.12\text{ kPa}$		2025-10-21
13	*沥青混合料理论最大相对密度仪	时间	沥青混合料理论最大相对密度仪检定规程 JJG(交通)105	(0~120)s	$U=0.89\text{ s}$		2025-10-21
		容积		(2~10)L	$U=8\text{ mL}$		2025-10-21
		力值		(790~810)N	$U_{rel}=0.2\%$		2025-10-21
14	贯入式砂浆强度检测仪	长度	贯入式砂浆强度检测仪校准规范 JJF 1372	位移(19~21)mm	$U=0.05\text{ mm}$		2025-10-21
				尺寸(3~41)mm	$U=0.03\text{ mm}$		2025-10-21
15	压碎值试验仪	长度	压碎值试验仪校准规范 JJF(苏)54	(10~210)mm	$U=0.05\text{ mm}$		2025-10-21
16	*混凝土贯入阻力测定仪	力值	混凝土贯入阻力测定仪检定规程 JJG(交通)095	(50~1200)N	$U_{rel}=0.4\%$		2025-10-21
		长度		(4.9~11.3)mm	$U=0.005\text{ mm}$		2025-10-21
				(24~161)mm	$U=0.06\text{ mm}$		2025-10-21
17	*胶砂试体成型振实台	时间	水泥胶砂试体成型振实台校准规范 JJF(建材)124	(55~65)s	$U=0.2\text{ s}$		2025-10-21



No. CNAS L18891

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
		质量		(12~13)kg	$U=1.8\text{ g}$		2025-10-21
18	*洛杉矶磨耗试验机	转速	洛杉矶磨耗试验机检定规程 JJG(交通)108	(30~33)r/min	$U=1\text{ r/min}$		2025-10-21
		长度		(40~50)mm	$U=0.03\text{ mm}$		2025-10-21
				(90~720)mm	$U=0.8\text{ mm}$		2025-10-21
				质量	(2500~5000)g		$U=1.8\text{ g}$
19	*砂当量测定仪	长度	砂当量测定仪检定规程 JJG(交通)137	(200~205)mm	$U=0.07\text{ mm}$		2025-10-21
		频率		(175~185)次/min	$U=0.8\text{ 次/min}$		2025-10-21
		时间		(25~30)s	$U=0.24\text{ s}$		2025-10-21
		质量		(950~1050)g	$U=0.18\text{ g}$		2025-10-21
20	*土工击实仪	质量	土工击实仪检定规程 JJG(交通)058	(2500~4500)g	$U=0.6\text{ g}$		2025-10-21
		长度		(40~60)mm	$U=0.06\text{ mm}$		2025-10-21
				(300~450)mm	$U=0.8\text{ mm}$		2025-10-21
21	*沥青混合料马歇尔击实仪	质量	沥青混合料马歇尔击实仪检定规程 JJG(交通)065	(4536~10210)g	$U=1.2\text{ g}$		2025-10-21



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
		长度		(65~160) mm	$U=0.06\text{ mm}$		2025-10-21
		(450~465) mm		$U=0.8\text{ mm}$	2025-10-21		
		频率		(50~70) 次/min	$U=1\text{ 次/min}$		2025-10-21
22	*燃烧法沥青含量测试仪	质量	燃烧法沥青含量测试仪检定规程 JJG(交通)072	(100~3000) g	$U=0.02\text{ g}$		2025-10-21
		温度		(482~900) °C	$U=1.6\text{ °C}$		2025-10-21
		时间		(1~25) min	$U=0.62\text{ s}$		2025-10-21
23	*沥青混合料车辙试验机	长度	沥青混合料车辙试验机校准规范 JJF(浙)1094	行走距离 (205~245) mm	$U=0.6\text{ mm}$		2025-10-21
				位移 (0~30) mm	$U=3\text{ }\mu\text{m}$		2025-10-21
				试验轮尺寸 (10~210) mm	$U=0.05\text{ mm}$		2025-10-21
		温度		(55~65) °C	$U=0.2\text{ °C}$		2025-10-21
		压力		(0.6~0.8) MPa	$U=0.01\text{ MPa}$		2025-10-21
		速度		(40~44) 次/min	$U=0.3\text{ 次/min}$		2025-10-21
		硬度		(75~81) IRHD	$U=0.7\text{ IRHD}$		2025-10-21



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
24	*水泥胶砂振动台	振幅	水泥胶砂振动台校准规范 JJF 1867	(0.4~10) mm	$U_{rel}=1.8\%$		2025-10-21
		频率		(20~55) Hz	$U_{rel}=1.3\%$		2025-10-21
		长度		(20~200) mm	$U=0.06$ mm		2025-10-21
		质量		(2000~8000) g	$U=1.8$ g		2025-10-21
		时间		(0~120) s	$U=0.16$ s		2025-10-21
25	*回弹仪检定器	质量	回弹仪检定器检定规程 JJG(浙)135	(15~46) kg	$U=0.06$ kg	只含钢砧	2025-10-21
		硬度		(58~62) HRC	$U=1.8$ HRC		2025-10-21
26	*乳化沥青稳定性试验管	长度	乳化沥青稳定性试验管检定规程 JJG(交通)116	主管内径: (31~33) mm	$U=0.03$ mm		2025-10-21
				支管内径: (11~13) mm	$U=0.04$ mm		2025-10-21
				支管距离: (38~176) mm	$U=0.05$ mm		2025-10-21
				刻线距离: (20~320) mm	$U=0.4$ mm		2025-10-21
27	*贝克曼梁路面弯沉仪	长度	贝克曼梁路面弯沉仪检定规程 JJG(交通)025	测头尺寸: (9~202) mm	$U=0.06$ mm		2025-10-21
				指示表: (0~10) mm	$U=4$ μ m		2025-10-21



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
		杠杆比		(1.997~2.003):1	$U=0.0010$		2025-10-21
28	细集料流动时间测定仪	长度	细集料流动时间测定仪检定规程 JJG(交通)109	(10~130)mm	$U=0.05 \text{ mm}$		2025-10-21
		角度		$59^{\circ} \sim 61^{\circ}$	$U=0.1^{\circ}$		2025-10-21
29	*构造深度手工铺砂仪	长度	构造深度手工铺砂仪检定规程 JJG(交通)117	(3~80)mm	$U=0.04 \text{ mm}$		2025-10-21
30	*混凝土坍落度仪	长度	混凝土坍落度仪检定规程 JJG(冀)087	(90~310)mm	$U=0.08 \text{ mm}$		2025-10-21
31	*环刀	长度	环刀校准规范 JJF(皖)102	直径:(50~200)mm	$U=0.009 \text{ mm}$		2025-10-21
				高度:(20~50)mm	$U=0.007 \text{ mm}$		2025-10-21
		角度		$10^{\circ} \sim 20^{\circ}$	$U=5'$		2025-10-21
32	*沥青离心式抽提仪	转速	沥青离心式抽提仪检定规程 JJG(交通)132	(2500~12000)r/min	$U_{\text{rel}}=0.12\%$		2025-10-21
33	*煮沸箱	时间	煮沸箱校准规范 JJF(冀)064	(25~35)min	$U=18 \text{ s}$		2025-10-21
34	泥浆密度计	密度	泥浆密度计检定规程 JJG 1045	(0.010~3.000)g/cm ³	$U=0.003 \text{ g/cm}^3$		2025-10-21
35	*马歇尔稳定度试验仪	力值	马歇尔稳定度试验仪检定规程 JJG(交通)066	(1~100)kN	$U_{\text{rel}}=0.2\%$		2025-10-21
		长度		(0~30)mm	$U=0.01 \text{ mm}$		2025-10-21



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
		速率		(40~60)mm/min	$U=0.14\text{ mm/min}$		2025-10-21
36	*沥青标准粘度计	温度	沥青标准粘度计检定规程 JJG(交通)055	(35~65)℃	$U=0.03\text{ }^{\circ}\text{C}$		2025-10-21
		长度		盛样管内径(35~45)mm	$U=0.03\text{ mm}$		2025-10-21
				流孔长度(4~6)mm	$U=0.03\text{ mm}$		2025-10-21
				球塞直径(6~13)mm	$U=0.007\text{ mm}$		2025-10-21
				球塞标记高度(85~95)mm	$U=0.06\text{ mm}$		2025-10-21
37	混凝土收缩膨胀仪	长度	混凝土收缩膨胀仪校准规范 JJF(冀)139	标准杆:(100~500)mm	$U=5.8\text{ }\mu\text{m}$		2025-10-21
				示值:(0~10)mm	$U=0.002\text{ mm}$		2025-10-21
38	水泥比长仪	长度	水泥比长仪校准规范 JJF(苏)217	标准杆:(150~300)mm	$U=3.7\text{ }\mu\text{m}$		2025-10-21
				示值:(0~10)mm	$U=0.002\text{ mm}$		2025-10-21
39	*杠杆压力仪	力值	杠杆压力仪检定规程 JJG(交通)107	(5~1500)N	$U_{\text{rel}}=0.17\%$		2025-10-21
		直径		(49.95~50.05)mm	$U=0.03\text{ mm}$		2025-10-21
		硬度		(40~45)HRC	$U=1.8\text{ HRC}$		2025-10-21



No. CNAS L18891

第 21 页 共 22 页

在线扫码获取验证

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
		杠杆比		9.5:1~12.5:1	$U=0.08\%$		2025-10-21
40	*恒定加力速度 建筑材料试验机	力值	恒定加力速度建筑材料试验机 检定规程 JJG 1025	(0.1~3000) kN	$U_{rel}=0.15\%$		2025-10-21
		加力速度		(2.4~22.5) kN/s	$U_{rel}=1.2\%$		2025-10-21
41	*试模	长度	试模校准规范 JJF 1307	(0~300) mm	$U=0.05 \text{ mm}$		2025-10-21
42	试验筛	长度	试验筛校准规范 JJF 1175	(0.25~4) mm	$U=4.0 \text{ } \mu\text{m}$		2025-10-21
				(4~125) mm	$U=0.04 \text{ mm}$		2025-10-21
43	混凝土裂缝宽度 测量仪	长度	混凝土裂缝宽度及深度测量仪 校准规范 JJF 1334	(0.02~6) mm	$U=6.0 \text{ } \mu\text{m}$		2025-10-21
44	碳化深度测量 仪和测量尺	长度	碳化深度测量仪和测量尺 校准规范 JJF 1721	测量仪: (0~8) mm	$U=0.08 \text{ mm}$		2025-10-21
				测量尺: (0~70) mm	$U=0.02 \text{ mm}$		2025-10-21
45	*原位压力机	力值	原位压力机检定规程 JJG(豫)200	(100~1000) kN	$U_{rel}=0.5\%$		2025-10-21

